



Struttura	<b>S.C. Approvvigionamenti</b>
Oggetto	<b>Procedura aperta per la fornitura di "SISTEMI ANALITICI (dispositivi medico diagnostici in vitro e apparecchiature) PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI COAGULAZIONE"</b>
Verbale	<b>Domande e risposte da forum</b>
Riferimento atti	<b>282/2010 all.to 10</b>

Come espressamente previsto dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di "sistemi analitici (dispositivi medico diagnostici in vitro e apparecchiature) per l'esecuzione dei test di coagulazione" occorrenti al laboratorio analisi chimico cliniche e laboratorio emostasi e trombosi, le imprese concorrenti hanno inserito le proprie richieste di chiarimento sul forum predisposto dalla S.C. Approvvigionamenti sul portale [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it).

Il presente documento contiene tutti i chiarimenti richiesti dalle imprese concorrenti e le relative risposte.

<b>Data richiesta</b>	20/05/2010
<b>Data risposta</b>	26/05/2010
<b>Richiesta</b>	In seguito al colloquio col dr. Marocchi del 17/05 si rende necessario richiedere alcuni chiarimenti al capitolato in oggetto ed in particolare: pag 23/35 LOTTO 1 Determinazione dei parametri di coagulazione in routine e urgenza . Materiali per il controllo di qualità "interlab" secondo le indicazioni del laboratorio. Si richiede quali siano le indicazioni del Laboratorio in proposito. pag. 27/35
<b>Risposta</b>	Per i materiali di controllo di qualità, la voce "materiali di controllo di qualità intralab" le indicazioni del laboratorio" è annullata.
<b>Richiesta</b>	Caratteristiche della strumentazione d) caratteristiche della strumentazione : Il sistema offerto della gara deve essere costituito : - da un sistema automatizzato, costituito da un sistema automatizzato costituito da un insieme di apparecchi automatici di ultimi generazione per l'esecuzione dei test indicati nel paragrafo b) ecc..... Cosa si intende per sistema automatizzato? Si richiede un insieme di strumenti stand alone o è necessario un collegamento fisico tra di essi?
<b>Risposta</b>	Sistema automatizzato costituito da un insieme di apparecchi automatici in grado di rispondere alle necessità analitiche richieste. Non è richiesto alcun collegamento tra apparecchi (sistema di trasporto campioni) ma ovviamente non è nemmeno precluso nel caso in cui sia offerto.
<b>Richiesta</b>	CHIARIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA Al punto 24 del Capitolato - duvri e costi per la sicurezza (pag. 12 di 35,) in merito a : I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell'offerta economica. Si chiede in quale busta inserire questa dichiarazione.



<b>Risposta</b>	Dovranno essere indicati nel plico contenente l'offerta economica.
<b>Richiesta</b>	In relazione a quanto richiesto al punto 10) Busta A - Documentazione amministrativa in merito al pagamento del CIG, si informa che il pagamento potrà ancora avvenire come previsto dal Vs. capitolato SOLO per le procedure avviate prima del 1 maggio 2010. Per quelle successive a questa data è stata attivata infatti sul sito <a href="http://www.avcp.it">www.avcp.it</a> la nuova voce "contributo AVCP" che prevede la produzione di un modello da presentare in uno dei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento e a rilasciare ricevuta di pagamento. Il bando relativo alla presente procedura aperta risulta datato 4/5, pertanto ricadrebbe in questa nuova procedura. Si fa notare che procedendo con la nuova modalità inserendo il numero del CIG relativi al lotto di interesse viene evidenziata questa scritta : Il codice inserito è valido ma non attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. Si chiede come procedere per ottemperare al contributo del CIG.
<b>Risposta</b>	Per il CIG, si chiede di contattare Piera Berto al n. 02-64443033

<b>Data richiesta</b>	24/05/2010
<b>Data risposta</b>	26/05/2010
<b>Richiesta</b>	LOTTO 1 e 2 si vuole sapere se le caratteristiche dei singoli reagenti dei lotti 1 e 2, dove non è indicato il termine "preferibilmente, si devono intendere indispensabili a pena esclusione.
<b>Risposta</b>	requisiti diversi da quelli indicati, ma migliorativi, non comportano esclusione e saranno oggetto di valutazione.
<b>Richiesta</b>	LOTTO 1 riguardo il test alfa 2 antiplasmina lotto 1, si chiede di chiarire la frequenza delle sedute analitiche/ annue al fine di determinare correttamente i quantitativi in relazione alla stabilità si chiede di chiarire se in riferimento al lotto 1 "plasmi di controllo", i plasmi liofilati sono intesi come normale e patologico per tutti gli analiti richiesti
<b>Risposta</b>	Per alfa 2 antiplasmina non è possibile stabilire una frequenza. Il test viene utilizzato su un paziente alla volta per monitoraggio nei giorni in cui lo stesso è sottoposto ad assistenza ventricolare. Per i materiali di controllo di qualità, la voce "materiali di controllo di qualità intralab le indicazioni del laboratorio" si deve ritenere nulla. Il laboratorio si è infatti già dotato di un servizio per la gestione dei controlli di qualità.



<b>Richiesta</b>	LOTTO 2: a) Si chiede di chiarire se in riferimento a "plasmi di controllo con frequenza settimanale", i plasmi liofilati sono intesi come normale e patologico per tutti gli analiti richiesti
<b>Risposta</b>	a) plasmi di controllo con frequenza settimanale: <i>livello patologico per:</i> Fibrinogeno, PC attività, PS attività, PS free, Fattori (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII), Alfa-2-antiplasmina, Plasminogeno. <i>livello normale e patologico per:</i> Lupus anticoagulant, APCR
<b>Richiesta</b>	b) si chiede di chiarire se per i 3000 esami richiesti per il test APCR, sono da eseguirsi con entrambi i metodi, con e senza prediluizione con plasma carente di FV e di quantificarli
<b>Risposta</b>	b) Test APCR richiesti 3000 esami di cui: 72% da eseguire con prediluizione in plasma carente di FV; 16% da eseguire senza prediluizione; 12% da eseguire con e senza prediluizione in plasma carente di FV
<b>Richiesta</b>	c) si chiede di indicare la frequenza delle sedute analitiche per il test D-Dimero per determinare la quantità di controlli
<b>Risposta</b>	c) frequenza settimanale
<b>Richiesta</b>	d) si chiede di indicare le sedute di analisi per PT, APTT, TT e AT
<b>Risposta</b>	d) nel capitolato sono indicati il n° totale di determinazioni per i singoli test da cui è possibile risalire al fabbisogno di dispositivi medico diagnostici in vitro e di consumabili; la frequenza dei controlli (normale e patologico) è giornaliera.
<b>Richiesta</b>	e) si chiede di chiarire se le caratteristiche richieste relativamente agli analizzatori, devono valere per tutti e 2 gli strumenti richiesti oppure solo per quello principale
<b>Risposta</b>	e) le caratteristiche richieste relativamente agli analizzatori devono valere per lo strumento principale. Lo strumento di backup deve avere caratteristiche analoghe che saranno oggetto di valutazione.
<b>Richiesta</b>	f) si chiede di chiarire se i 4000 test richiesti per "Ricerca Lupus anticoagulant sistema APTT silice" sono riferiti a: solo screening, screening + confirm, solo confirm
<b>Risposta</b>	f) ognuno dei 4000 test per "Ricerca Lupus anticoagulant sistema APTT silice" comprende il test screening e il test confirm
<b>Richiesta</b>	g) si chiede di chiarire se possiamo intendere il dispositivo medico diagnostico in vitro B (pag. 31) tempo di trombina TT come test TEMPO di REPTILASE
<b>Risposta</b>	g) Sì



La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è confermata per il

**14 giugno 2010 - ore 12.00**

con consegna all'ufficio protocollo dell'Azienda. L'apertura dei plichi contenenti i documenti amministrativi e tecnici avverrà presso la S.C. Approvvigionamenti lo stesso giorno alle ore 14:30.

Il presente verbale, firmato in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente, dovrà essere inserito nella busta A) "documentazione amministrativa" (a pena di esclusione).

**Il Direttore S.C. Approvvigionamenti  
(Stefano Vitiello)**