



Struttura	S.C. Approvvigionamenti
Oggetto	Procedura aperta per la fornitura di separatori cellulari in locazione e relativi kit per procedure di aferesi terapeutica e produttiva
Verbale	Domande e risposte da forum
Riferimento atti	386/2010 all.to 8

Come espressamente previsto dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di separatori cellulari in locazione e relativi kit per procedere di aferesi terapeutica e produttiva occorrenti alla S.C. Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale., le imprese concorrenti hanno inserito le proprie richieste di chiarimento sul forum predisposto dalla S.C. Approvvigionamenti sul portale www.albofornitori.it.

Il presente documento contiene tutti i chiarimenti richiesti dalle imprese concorrenti e le relative risposte.

Data richiesta	17/05/2010
Richiesta	Spett.Le Azienda Ospedaliera siamo a porre il seguente quesito: Pag. n. 6 del capitolato speciale- PAR. 10 - AL 4° punto si richiede l'interfacciamento con il sistema gestionale del laboratorio (Host Computer-Windopath). Intendavate il sistema gestionale Haemonet che nella fattispecie ci risulta essere attualmente in uso presso il vs. centro trasfusionale? Attendiamo cortese riscontro. Ditta Fresenius Kabi Italia SRI
Data risposta	24/05/2010
Risposta	Non viene richiesto l'interfacciamento né con Emonet, né con Windopath.

Data richiesta	18/05/2010
Richiesta	1) Capitolato Speciale: pag. 14/31 punto 2: garanzia provvisoria pari al 2%: è possibile ridurla del 50% con esibizione del Certificato ISO? L'importo dovrà essere calcolato sulla base dei 5 anni? pag. 15/31 punto 10: verrà fornita ricevuta pagamento lottomatica, secondo le nuove normative. 2) LOTTO 1: relativamente al Lotto 1 (aferesi Terapeutica) si chiede se le Ditte concorrenti debbano offrire anche materiale di consumo quale Anticoagulante ACD-A, Soluzione fisiologica, Aghi,etc...?
Data risposta	24/05/2010
Risposta	1)si. L'importo deve essere riferito alla cifra complessiva del periodo di durata del contratto 2) Lotto 1: L'impresa deve fornire anche i taglianti per flebotomia, la soluzione



	anticoagulante e la soluzione conservante additiva per le unità di concentrato eritrocitario, tale da garantire una conservazione dell'emocomponente fino a 42 giorni dal prelievo. Si precisa che il costo di tali prodotti deve essere compreso in quello complessivo del circuito.
--	---

Data richiesta	18/05/2010
Richiesta	Gli Allegati F e G con quale documentazione vanno allegati?
Data risposta	19/05/2010
Risposta	allegati F-G (dichiarazione relativa Informativa Rischi Generali) da allegare nella busta "A" documentazione amministrativa

Data richiesta	18/05/2010
Richiesta	Capitolato Speciale: Pag. 14/31 Punto 7: viene citato "Allegato E": si tratta di refuso per "ALLEGATO F"
Data risposta	19/05/2010
Risposta	Sì, riguarda la dichiarazione relativa Informativa Rischi Generali

Data richiesta	20/05/2010
Richiesta	Capitolato Speciale - Pag. 19 (rif.to Lotto 1) Viene indicato il valore dell'apparecchiatura Cobe Spectra: - chiediamo le quantità di Vs. Proprietà da permutare; - chiediamo se tutte le ditte concorrenti, ivi compreso il fornitore attuale, dovranno fornire nr. 5 separatori cellulari in locazione, a prescindere dal parco macchine attualmente di proprietà dell'Ospedale. - chiediamo se le 5 apparecchiature sono da intendersi come nuove di fabbrica e/o di ultima generazione, al fine di consentire pari condizioni iniziali di offerta per tutti i concorrenti
Data risposta	27/05/2010
Risposta	Le apparecchiature devono essere nuove.

Con il presente verbale si rettifica quanto risposto al "Forum" il giorno 24/05/2010 alla domanda del 18/05/2010 e precisamente:

Data richiesta	18/05/2010
Richiesta	2) LOTTO 1: relativamente al Lotto 1 (afesi Terapeutica) si chiede se le Ditte concorrenti debbano offrire anche materiale di consumo quale Anticoagulante ACD-A, Soluzione fisiologica, Aghi,etc...?



Data risposta	24/05/2010
Risposta	<p>2) Lotto 1: L'impresa deve fornire anche i taglienti per flebotomia, la soluzione anticoagulante e la soluzione conservante additiva per le unità di concentrato eritrocitario, tale da garantire una conservazione dell'emocomponente fino a 42 giorni dal prelievo. Si precisa che il costo di tali prodotti deve essere compreso in quello complessivo del circuito.</p> <p>Rettifica:</p> <p>2) LOTTO 1: per tale Lotto (<i>aferesi terapeutica</i>) i taglienti per flebotomia, la soluzione anticoagulante etc non sono previsti</p>

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è confermata per il

15 giugno 2010 - ore 12.00

con consegna all'ufficio protocollo dell'Azienda. L'apertura dei plichi contenenti i documenti amministrativi e tecnici avverrà presso la S.C. Approvvigionamenti lo stesso giorno alle ore 14:30.

Il presente verbale, firmato in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente, dovrà essere inserito nella busta A) "documentazione amministrativa" (a pena di esclusione).

Il Direttore S.C. Approvvigionamenti
(Stefano Vitello)

